



L C I E



1 AVENANT D'ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE

2 Appareil ou système de protection destiné à être utilisé en atmosphères explosibles (**Directive 94/9/CE**)

3 Numéro de l'avenant : **LCIE 07 ATEX 6058 / 03**

4 Appareil ou système de protection :
Transmetteur de presssion
Type : 4012, 4032, 4102, 4202, 4203, TBUT4102, TBUT4203

5 Demandeur : Schneider Electric

15 DESCRIPTION DE L'AVENANT

Changement de nom : Schneider Electric
Adjonction des types TBUT4102 et TBUT4203.
Mise à jour normative selon la norme EN 60079-1 (2007).
Mise à jour des documents.

Les résultats des vérifications et essais figurent dans le rapport confidentiel N°106629/611596/4.

Paramètres spécifiques du ou des modes de protection concerné(s) :
Inchangés.

Le marquage doit être :
Inchangé excepté pour :
Le nom : Schneider Electric
Complété avec les types TBUT4102 et TBUT4203.

16 DOCUMENTS DESCRIPTIFS

Dossier de certification N° EX01087 rev.5 du 19/08/11.
Ce dossier comprend 61 rubriques (119 pages).

17 CONDITIONS SPECIALES POUR UNE UTILISATION SURE

Néant.

18 EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE ET DE SANTE

Modifiées comme suit :
Couvertes par les normes EN 60079-0 (2006) et EN 60079-1 (2007).

19 VERIFICATIONS ET ESSAIS INDIVIDUELS

Inchangées.

1 SUPPLEMENTARY EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

2 Equipment or protective system intended for use in potentially explosive atmospheres (**Directive 94/9/EC**)

3 Supplementary certificate number : **LCIE 07 ATEX 6058 / 03**

4 Equipment or protective system :
Pressure transmitter
Type : 4012, 4032, 4102, 4202, 4203, TBUT4102, TBUT4203

5 Applicant : Schneider Electric

15 DESCRIPTION OF THE SUPPLEMENTARY CERTIFICATE

New company name : Schneider Electric
Adding types TBUT4102 and TBUT4203.
Normative update according to EN 60079-1 (2007) standard.
Update of documents.

The examination and test results are recorded in confidential report N°106629/611596/4.

Specific parameters of the mode(s) of protection concerned:
Unchanged.

The marking shall be :
Unchanged, excepted for :
The name : Schneider Electric
Completed with types TBUT4102 and TBUT4203.

16 DESCRIPTIVE DOCUMENTS

Certification file N° EX01087 rev.5 dated 11/08/19.
This file includes 61 items (119 pages).

17 SPECIAL CONDITIONS FOR SAFE USE

None.

18 ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS

Modified as follow :
Covered by EN 60079-0 (2006) and EN 60079-1 (2007) standards.

19 ROUTINE VERIFICATIONS AND TESTS

Unchanged.

Fontenay Aux Roses

04 OCT. 2011



Seul le texte en français peut engager la responsabilité du LCIE. Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans aucune modification. The LCIE's liability applies only on the French text. This document may only be reproduced in its entirety and without any change.